

Opis przedmiotu zamówienia:**Serwisowanie sprzętu medycznego produkcji firmy Varian Medical System przez okres 24 miesięcy.**

1. Wykaz sprzętu.

	1	2	3	4	5	6
Typ	TrueBeam	TrueBeam	VitalBeam	System Aria	RPM	RGSC
Numer seryjny	H193256	H195145	H195700	HIT2795	H505266	HGS50EF
Wyposażenie	Kolimator HD120 System RapidArc Stół terapeutyczny PerfectPitch Centratory laserowe Optical Imaging	Kolimator HD120 System RapidArc Stół terapeutyczny PerfectPitch Centratory laserowe Optical Imaging	Kolimator mil120 System RapidArc Stół terapeutyczny Centratory laserowe Optical Imaging	Stacja Aria ws – 9 sztuk Stacja Eclipse calc – 11 sztuk Stacja Eclipse ncalc – 7 sztuk Stacja Tbox – 1 sztuka Serwer Systemu – 1 sztuka		

2. Warunki świadczenia serwisu.

		1	2	3	4	5	6
		TrueBeam	TrueBeam	VitalBeam	System Aria	RPM	RGSC
Numer seryjny		H193256	H195145	H195700	HIT2795	H505266	HGS50EF
A	Ilość przeglądów / rok	4	4	4	2	2	2
A1	Możliwe dni przeglądu	Poniedziałek – niedziela*	Poniedziałek – niedziela*	Poniedziałek – niedziela*	Poniedziałek - piątek*	Poniedziałek - piątek*	Poniedziałek - piątek*
C	Ilość napraw	Bez limitu	Bez limitu	Bez limitu	Bez limitu	Bez limitu	Bez limitu
D	Dni pracy serwisu	Poniedziałek - piątek*	Poniedziałek - piątek*	Poniedziałek - piątek*	Poniedziałek - piątek*	Poniedziałek - piątek*	Poniedziałek - piątek*
E	Godziny pracy serwisu	24h	24h	24h	24h	24h	24h
F	Maksymalny czas naprawy ¹	10 dni roboczych	10 dni roboczych	10 dni roboczych	10 dni roboczych	10 dni roboczych	10 dni roboczych
G	Gwarantowana sprawność ²	95%	95%	95%	95%	95%	95%
H	Maksymalny Czas przestoju	18 dni / rok	18 dni / rok	18 dni / rok	18 dni / rok	18 dni / rok	18 dni / rok
I	Dostawa części zamiennych	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
J	Czas reakcji	24h*	24h*	24h*	24h*	24h*	24h*

Wyjaśnienia

* za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy (świąt)

1. Za dzień roboczy uznawany jest każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy (świąt).
2. Przez 95% sprawność Sprzętu należy rozumieć, że czas Przestoju liczony odrębnie dla każdego urządzenia w okresie każdego roku realizacji Umowy, wynoszącego 365 dni, liczonego od dnia zawarcia Umowy, nie przekroczy 18 dni. Okres przestoju będzie liczony od dnia następnego od daty zgłoszenia awarii Sprzętu uniemożliwiającej Zamawiającemu leczenie.