

Załącznik nr 3 do zapytania nr SGA.261.21.2025

Opis prac budowlanych związanych z dostawą aparatu PET/CT oraz SPECT/CT wraz z niezbędną adaptacją pomieszczeń.

Przewidziane w ramach inwestycji dostawy nowego sprzętu wymagają dla prawidłowego działania, zarówno dostosowania do ich wymagań samych pomieszczeń, jak również modernizacji infrastruktury niezbędnej dla uruchomienia pracowni.

Prace budowlane i instalacyjne w pomieszczeniach pracowni oraz częściach wspólnych (korytarze) obejmujące:

- demontaże, prace odtworzeniowe, prace wykończeniowe, wymianę warstw posadzek oraz ścian, wykonanie sufitów podwieszanych,
- przebudowę i rozbudowę instalacji wod-kan, c.o., wentylacji, klimatyzacji,
- przebudowę i rozbudowę instalacji elektrycznej i słaboprądowej.
- ew. wzmocnienia konstrukcji stropu, wykonania nowych fundamentów – ław i stóp fundamentowych.

Powierzchnia użytkowa piwnic wynosi 318,8 m², powierzchnia użytkowa parteru wynosi 315,2 m².