

Opis przedmiotu zamówienia
(Parametry techniczno – użytkowe)

System pozycjonerów do pozycji Trendelenburga – szt. 1

Lp.	Parametry wymagane aparatu	Wymagana wartość parametru	Wartość oferowana przez Wykonawcę
1.	<p>System pozycjonerów przeznaczony do pozycji Trendelenburga, w skład którego wchodzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pozycjoner do pozycji Trendelenburga wykonany z kratkowanych komórek żelowych oraz pianki wiskoelastycznej, zapewniający stabilizację pacjenta, rozkładający ciężar ciała i redukujący ucisk powierzchniowy do bezpiecznego poziomu, produkt wielokrotnego użytku, wymiary: 850 x 550 x 110 mm (± 20 mm), - para kompozytowych podpór barkowych wykonanych z włókna węglowego, przeznaczonych do stabilizacji przy przechyłach do 40°, o wymiarach 300 x 165 x 220 mm (± 10 mm), wraz z parą metalowych wsporników o wymiarach 225 x 180 x 25 mm (± 10 mm) oraz parą zacisków o wymiarach 75 x 40 x 65 mm (± 10 mm), - pozycjoner głowy o wymiarach 260 x 230 x 160 mm (± 10 mm), - mata antypoślizgowa o wymiarach 525 x 300 x 5 mm (± 10 mm), - para podparć ramion o wymiarach 235 x 235 x 300 mm (± 10 mm). 	TAK	
2.	System zapewnia skuteczną ochronę pacjenta przy bezpiecznym ustawieniu stołu w pozycji Trendelenburga do kąta minimum 40° oraz zabezpiecza stabilne ułożenie pacjenta podczas przechyłów bocznych	TAK	
3.	System zapobiega ryzyku przemieszczenia pacjenta oraz uszkodzeniom nerwów	TAK	
4.	Średni ucisk powierzchniowy po 5 godzinach użytkowania nie przekracza 26 mmHg	TAK	
5.	Gwarancja minimum 24 miesiące	TAK	